

2022年7月18日

各位

アドテスト SARS-CoV-2 NEO の オミクロン株 に関する反応性のお知らせ

アドテスト SARS-CoV-2 NEO における SARS-CoV-2 変異株であるオミクロン株とのウイルス試験の結果、反応性を確認いたしましたので、下記にお知らせいたします。

由来	株名	反応性
オミクロン株	TY-38-873(BA.1)	○
オミクロン株	TY-40-385(BA.2)	○
オミクロン株	TY-41-702(BA.5)	○
従来株	2019-nCoV/JAN/TY/WK-521	○

本試験は、長崎大学 熱帯医学研究所（所長：森田公一 先生）にて実施致しました。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

アドテック株式会社

〒879-0453 大分県宇佐市上田 1770-1

TEL : 0978-34-7770 FAX : 0978-34-7780 <https://www.adtec-inc.co.jp/>